

乳房低輻射劑量 X 光檢查說明

Pursuing
Excellence

乳房攝影檢查適應者

40 歲以上女性、乳房觸診有發現腫塊; 家族有乳癌、乳房疾病的病史

乳房攝影檢查

- ◎ 一種使用低輻射劑量 X 光且高解析度透視乳房的技術。
- ◎ 適合 50 歲以上無症狀婦女之乳癌篩檢。
- ◎ 可偵測顯微鈣化點，發現無症狀之零期乳癌。
- ◎ 歐美國家研究證實，50 歲以上婦女定期乳房攝影檢查，約可降低 20-30% 的乳癌死亡率。
- ◎ 準確度並非 100%，仍有 15% 的乳癌無法偵測到。

檢查過程

- ◎ 查時必須脫掉上半身衣服。
- ◎ 不要在腋下塗抹除臭劑、粉或護膚霜，因會影響 X 光透視。
- ◎ 攝影時必須緊壓乳房，減少乳房組織互相重疊，減少曝光時間降低輻射劑量，幫助固定
- ◎ 月經前一週較不合適做檢查。
- ◎ 左右兩側乳房各要照兩張 X 光片，分別為頭腳向、斜位向。